

TRAN-C[®]

PLIF PEEK Cage Expansível



TRAN-C®

PLIF PEEK Cage Expansível

Características e Vantagens

Superfície serrilhada que reduz o risco de migração
Não há necessidade de enxerto ósseo após a implantação
Barra deslizante fabricada em titânio (Ti6Al4V) que proporciona alta resistência
Design anatômico (Ponta Bala) de fácil inserção
As grandes janelas auxiliam na colocação do osso autólogo ou enxerto ósseo para acelerar e melhorar a fusão intervertebral
Pode ser implantado com ou sem parafusos pediculares
Material de PEEK-Optima® para biocompatibilidade e radiolucência que permite o acompanhamento radiológico do crescimento ósseo na câmara de enxerto

Indicações

Doenças Degenerativas do Disco
Deformidades e Escoliose
Fraturas com Suporte Anterior
Osteoporose
Instabilidade

Contraindicações

Tumores Espinhal
Fraturas por Compressão Extremamente Instáveis
Infecções Agudas
Fibrose Peridural Extensa
Fusão de três ou mais níveis
Osteoporose Severa

Implantes TRAN-C®

Código	Antes da Expansão H (mm)	Após a Expansão H (mm)	Antes da Expansão A (°)	Após a Expansão A (°)	Largura W (mm)	Comp. L (mm)
TC3096	9	11	0	6	11	25
TC3116	11	13	0	6	11	25
TC3136	13	15	0	6	11	25
TC3156	15	17	0	6	11	25

Instrumental TRAN-C®

Código	Descrição	Código	Descrição
SCPI-001	Afastador 6	SCPI-048	Cureta Quadrado
SCPI-002	Afastador 11	SCEI-001	Introdutor de Implante
SCPI-022	Osteótomo 9	SCEI-002	Bainha
SCPI-023	Osteótomo 10	SCEI-003	Chave Hexagonal
SCPI-024	Osteótomo 11	SCEI-004	Base para Impactar Enxerto
SCPI-025	Osteótomo 12	SCEI-005	Impactador de Enxerto
SCPI-026	Osteótomo 13	SCEI-006	Funil
SCPI-032	Distrator 9	SCEI-010	Caixa de Instrumentais
SCPI-034	Distrator 11	SCEI-011	Caixa de Implantes
SCPI-036	Distrator 13		

